

**UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.**  
**NUCLEUS-SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN**  
**Servicio de análisis elemental, cromatografía y masas**

Dirección: Calle Espejo Nº 2, Edificio I+D+I; 37007 Salamanca (SALAMANCA)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **1249/LE2385**

Fecha de entrada en vigor: 08/05/2017

---

**ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN**

(Rev. 6 fecha 31/10/2025)

**Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Formulado de extractos vegetales	Determinación cualitativa de cloruro de benzalconio (BAC, mezcla de cloruros de alquilbenzildimetilamonio con cadenas alquílicas de una longitud de C <sub>12</sub> y C <sub>14</sub> ) por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS)  (0,0004% peso/peso)	PE-02EM Ed. 4  Método interno

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.